



AVALIAÇÃO TÉCNICA PE 42/2019

FORNECEDOR: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	AVALIAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
11.6.1	Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, devesse obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.	X		
11.6.2	Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:			
11.6.3	A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.			
11.6.4	Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.	X		
11.6.5	Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante;			
11.6.5.1	Comprovação dos registros dos produtos ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) através de;			
11.6.5.2	Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através	X		

PROTOCOLO Nº _____
Data: 02/08/19 Hora: 14:47
Resp.: [assinatura]
Setor de Licitação - P. M. V. G.

[assinatura]



11.6.5.3	do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou; Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto Apresentação do Alvará de funcionamento do fornecedor e empresa e demais documentações administrativas necessárias.			
11.6.6	Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	x		
11.6.7	Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para o SMS/VG, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	x		

PARECER TÉCNICO FINAL

O itens **2, 3, 105, 107, 109** que fazem parte da proposta, **foram Reprovados** por não atenderem as especificações do Edital.

OBSERVAÇÕES

O **Item 2- foi Reprovado**, porque produto não atende as especificações do edital em relação a parte metálica da agulha. No edital solicita que deve ser feita de aço inoxidável tipo 304 e deverá ter 25 mm de comprimento. O produto da prosposta apresenta apenas que o material é de aço inoxidável com niquelação galvanica e apresenta 22 mm de comprimento. (Segue foto da especificação do produto ofertado).

O **Item 3- foi Reprovado**, porque produto não atende as especificações do edital em relação a parte metálica da agulha. No edital solicita que deve ser feita de aço inoxidável tipo 304 e deverá O produto da prosposta apresenta apenas que o material é de aço inoxidável com niquelação galvanica.(Segue foto da especificação do produto ofertado).

O **Item 105, 107, 109 - foi Reprovado**, porque o produto não atende a especificação do Edital, vez que, no edital solicita que o produto devera ser MICROHÍBRIDA e de 80 a 90% em peso. O produto ofertado na proposta apresenta a tecnologia NANOHÍBRIDA e 77% em peso. (Segue foto da especificação do produto ofertado).

Responsável Técnico Avaliador:

Renata Pereira Aleixes
Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho
Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG
Renata Pereira Aleixes
Cirurgiã Dentista
CRO-MT 4575



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



Sistema
Único
de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE

Item: 2- Agulha Gengival 30 G Curta- Marca: PROCARE

Item: 3- Agulha Gengival 27 G Longa - Marca: PROCARE

Imagem de uma tela de um navegador web mostrando a página de detalhes de um produto no site dental speed. O produto é a Agulha Gengival - 30G - Curta. A página inclui uma imagem da embalagem, características, aplicação e código de produto.

Agulha Gengival - 30G - Curta
★★★★★ (1 Avaliação)
Embalagem n° 100 unidades.

Características

- Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvanizada;
- Produto estéril;
- 27G longa 30mm;
- 30G curta 22mm;
- 30G extra-curta 15mm;

Aplicação

Indicado para aplicação de anestésicos injetáveis.

Código do Produto: T2503 (P8019506)

Produtos visitados por quem procura este item:

Imagem de uma tela de um navegador web mostrando a página de detalhes de um produto no site Indevidas. O produto é a Agulha Gengival Procure - Caixa com 100 Unidades. A página inclui uma imagem da embalagem, benefícios, garantia e descrição.

Agulha Gengival Procure - Caixa com 100 Unidades

☒ Primeira troca grátis
☒ Pedidos feitos até as 12h00 o envio

Compra Segura e Garantida

Verificação por: Norton, Google, Trustpilot, e outros.

Descrição Informação adicional Avaliações

AGULHA GENGIVAL PROCARE - C/ 100 u

Indicado - para profissionais que aplicam anestésicos injetáveis.

Composição - são fabricadas em liga de aço inoxidável, niquelação galvanizada

Variações - as embalagens apresentam unidade longa (27g - 30 mm) e curta (30g - 22 mm)



Item 105, 107, 109- Resina Foto Cor A 2, Resina Foto Cor A 3,5, Resina Foto Cor C 2 MICROHÍBRIDA- Marca: LUNA

luna

Resistência e Estética Excepcionais

Tecnologia nano híbrida
O tamanho das partículas de carga afeta as propriedades estéticas e mecânicas dos compostos. Luna contém um híbrido de partículas de tamanho nano e micro para se obter a estética e a resistência ideal. As nano partículas auxiliam na facilidade de polimento e na manutenção da superfície suave ao longo do tempo. Micro partículas contribuem do tamanho de micron contribuem para a resistência e durabilidade. O material híbrido da Luna o torna ideal para restaurações anteriores e posteriores.

DISTRIBUIÇÃO DOS TAMANHOS DE PARTÍCULAS

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

Elevada resistência à flexão

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

Produto	Resistência à flexão (MPa)
LUNA*	136
Produto 1	~80
Produto 2	~85
Produto 3	~100

A alta resistência à flexão é primordial para mitigar as forças de compressão e tensão nas quais os dentes são expostos em situações de estresse. As restaurações Classe I e Classe II são sujeitas a altos esforços e necessitam o uso de materiais com alta resistência à flexão. Com uma resistência à flexão de 136 MPa, a Luna é ideal para uso em áreas submetidas a tensão e foi desenvolvida para suportar as forças da mastigatória.

Excepcional Resistência à Compressão

Luna tem um conteúdo de 77% por peso. A carga de vidro de estrôncio combinada com PARTÍCULAS DE carga cuidadosamente selecionada, proporciona alta resistência à compressão para aumentar a longevidade das restaurações.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Produto	Resistência à compressão (MPa)
LUNA	343*
CLARFIL™ MAJESTY POSTERIOR	342*
TETRIC BOND	258*
FILTEK™ Z350	228*

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more