



Várzea Grande 26 de junho de 2020

DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - CADIM
PARA: SAD – Pregoeiro/Saúde

ASSUNTO: Resposta a pedido de esclarecimento.

Em resposta ao pedido de esclarecimento do item:

4 - COMPRESSA CIRURGICA - DE GAZE NAO ESTERIL, COM 13 FIOS POR CM2, 08 CAMADAS, 5 DOBRAS, MEDINDO 7,5X 7,5CM (FECHADA) E 15CM X 30CM (ABERTA), PARA ASSEPSIA E CURATIVOS, EM EMBALAGEM APROPRIADA. PACOTES COM 500 UNIDADES.

Não há exigência de peso neste item.

1. QUAIS CRITÉRIOS USARÃO PARA AVALIAÇÃO?

Resposta:

O item está descrito com diversas especificações técnicas:

- Fios por cm2;
- Número de camadas;
- Número de dobras;
- Medida fechada;
- Medida aberta;
- Número de unidades por pacote.

Tais especificações são suficientes para definir as características do item solicitado, com todos esses critérios não há possibilidade do item ter gramatura inferior que a mencionada na tabela nº 1 e as tolerâncias (para menos) conforme Portaria nº 1 de 1998 do INMETRO.

Sendo assim, no descritivo informa os critérios de avaliação e os mesmos serão analisados no ato da entrega pelo conferente do CADIM, juntamente com o fiscal do contrato e a advogada da secretaria de saúde que está acompanhando, inclusive tirando foto de TODOS os itens adquiridos para enfrentamento da PANDEMIA.

2. ESTIMADO É MUITO BAIXO PARA ADQUIRIR COMPRESSAS COM 13 FIOS POR CM2, DE 1A LINHA.

Resposta:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar




SECRETARIA DE SAÚDE

Quanto aos valores de referência a Superintendência de Aquisições informou que é baseado em compras públicas através do RADAR do TCE/MT.

Sem mais a esclarecer, encerro a resposta.

Respeitosamente,


DANIELLE CRISTINA LEITE MARTINS DE CAMPOS
SUPERINTENDENTE DO CADIM/SMS/VG


SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO/SMS/VG

PROTOCOLO Nº

Data: 26/06/20 Hora: 15:00

Resp.: _____

Setor de Licitação - P. M. V. G.