



AValiação Técnica P.E. 31/2020

FORNECEDOR: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

CNPJ: 59.309.302/0001-99

DAS AMOSTRAS


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
26	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO DE BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER, SLIP, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 20ML, COM AGULHA 25X7, EMBALADA EM CARTELA, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA.	INJEX	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	SIM
				Qualidade	SIM
29	SERINGA DESCARTAVEL – EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGÊNICO INTEGRO, CILINDRO TRANSLÚCIDO COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA E INTERNAMENTE SILICONIZADO, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, EMBOLO DE BORRACHA COM PISTÃO LUBRIFICADO COM ADAPTADOR SEM ROSCA, FLANGE ANATÔMICO, BICO CENTRAL LUER SLIP (CONEXÃO SEM ROSCA), ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 1ML/100UI, COM AGULHA MEDINDO 13X4,5MM, PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE ,LOTE. NECESSÁRIA AMOSTRA.	INJEX	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	SIM
				Qualidade	SIM


PARECER TÉCNICO

DAS AMOSTRAS : A Empresa cumpriu com todas especificações do edital.

APROVADO

Responsável Técnico Avaliador:


CRF-MT:1401 – Jackson Alves Lopes Souza
Farmacêutico
CRF/MT: 1401


Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho
Superintendente do Cadim

Várzea Grande, 30 de Julho de 2020

