

VANGUARDA
innovation and quality

Ao

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT

A comissão de Licitação

Edital de Pregão Eletrônico Nº 36/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 673504/2020

Ref: Pedido de Esclarecimento.

Prezados senhores,

A empresa **INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (VANGUARDA)**, situada a Rua Coronel Otiles Moreira nº 404, CEP: 78043 – 368; Bairro: Duque de Caxias, no município de Cuiabá- MT CNPJ 00.302.007/0002-49, por seu representante legal infra indicado, perante esta Comissão de Licitações, vem apresentar, **TEMPESTIVAMENTE, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, que deverá ser recebido, conhecido e provido pelos seguintes fundamentos:

I – DO OBJETO


O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT. E seus anexos.

II – DA ANALISE

Após análise do edital emergiu o questionamento referente ao item 01 do Termo de Referência, assim vejamos:

ITEM – 01 VENTILADOR PULMONAR

“VENTILADOR PULMONAR. VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA O USO EM TERAPIA INTENSIVA. POSSUIR OS SEGUINTEs MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO POR VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO POR PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO - CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP EM TODAS AS MODALIDADES; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR



VANGUARDA

FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM, FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN OU OUTRA TECNOLOGIA; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME MINUTO EXALADO, VOLUME CORRENTE EXALADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, FIO2, RELAÇÃO I:E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS MONITORADOS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E VENTILADOR INOPERANTE. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; OPÇÃO -ÚLTIMO PACIENTE- AO LIGAR O EQUIPAMENTO OU ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA DOS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2 CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE"

QUESTIONAMENTO:

A empresa Vanguarda é representante da PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, ao qual o seu equipamento atende neonatal é a partir de 2,5kg (dois quilos e 500 gramas).


Questionamos se podemos praticar com o nosso equipamento? Qual o peso mínimo para neonatal?

III- DO PEDIDO

Com fulcro no Item 8 - **DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES**, e subitens, do edital de **Pregão Eletrônico** Nº 036/2020, solicitamos o provimento do **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, as respostas deverão ser encaminhadas no e-mail comercialmt01@vanguarda.net.br.

Termos pede esclarecimento.

Cuiabá, 09 de Julho de 2020.



Carlos Michel Marques da Silva
Departamento de Licitações e Contratos
CNPJ 00.302.0007/0002-49

CNPJ: 00 302 007/0002-49
INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Coronel Otiles Moreira, Nº. 404
Bairro: Duque de Caxias
CEP. 78043-368
CUIABÁ **MT.**