



AVALIAÇÃO TÉCNICA PE 42/2019

FORNECEDOR: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES -EIRELI

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	AVALIAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
11.6.1	Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.	X		
11.6.2	Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:			
11.6.3	A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.			
11.6.4	Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.	X		
11.6.5	Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante;	X		
11.6.5.1	Comprovação dos registros dos produtos ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) através de;			
11.6.5.2	Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através			



11.6.5.3	do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou; Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto Apresentação do Alvará de funcionamento do fornecedor e empresa e demais documentações administrativas necessárias.			
11.6.6	Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	x		
11.6.7	Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para o SMS/VG, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	x		

PARECER TÉCNICO FINAL

O **itens 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 51, 52, 55, 57**, que fazem parte da proposta, **foram Aprovados** por atenderem as especificações do Edital.

OBSERVAÇÕES

O **Item 43- Reprovado**, porque o produto não atende a especificação do Edital, pois não se comprovou que o produto ofertado na proposta tenha formato anatômico de ameia, sem farpas e disponível em 5 tamanhos codificados por cores. (Segue foto da especificação do produto ofertado).

O **Itens 62- Reprovado**, porque o produto não atende a especificação do Edital, pois não se comprovou que o produto ofertado na proposta é feita sob forma de pequenos cristais amarelos e que se evaporam a temperatura ambiente e que possui alto teor de iodo, acima de 90%. (Segue foto da especificação do produto ofertado).

Responsável Técnico Avaliador:

71 Renata Pereira Aleixes
Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho
Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG
Renata Pereira Aleixes
Cirurgiã Dentista
CRO-MT 4575

Várzea Grande, 22 de julho de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

Item 43- Cunha de madeira anatomica colorida-Marca: IODONTOSUL

The screenshot shows the Iodontosul website. At the top, there is a navigation bar with the Iodontosul logo and various menu items: Acessórios, Cimentos, Carções, Dentística, Diversos, Endodontia, Fortificadores, Instrumentais. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'REGISTRE-SE' button. The main content area features a product image of a box of 'CUNHA SORTIDA' and the title 'Cunha Odontológica Colorida [PACK]'. Below the image, there is a table with three columns: Descrição, Informação adicional, and Avaliações (0).

Descrição	Informação adicional	Avaliações (0)
• Madeira Cunha Colorida - caixa contendo 100 unidades de Cunha de Madeira Colorida - Indicadas para o travamento cervical das matrizes em dentística restauradora e/ou afastar dentes adjacentes. • Acabamento Simétrico e Anatómico; • Coradas com pigmento Anódico; • Não mancham a restauração.		

Item 62- Iodofórmio-Marca: K DENT- QUIMIDROL

The screenshot shows the Quimidrol website. At the top, there is a navigation bar with the Quimidrol logo and various menu items: COOCTOLOGIA, PRODUTOS QUÍMICOS, LIMPEZA, A QUIMIDROL, LOJAS, ABOUT US. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Fazer Login' button. The main content area features a product image of a box of 'K-Dent IODOFORMIO' and the title 'IODOFORMIO - FR 10G'. Below the image, there is a 'Adicionar à COTAÇÃO' button and a 'DESCRIÇÃO' section.

DESCRIÇÃO

Utilizado no tratamento das lesões periodontais refratárias, no espanto da lesão periodontal por redução da neuroformação óssea, favorece a instalação radiográfica por seu alto nível de opacidade e promove discreta analgesia.

Horário de atendimento - Lojas: Segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00. Sábados das 8:00 às 12:00.