

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO					
QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS					
PREGÃO: 09/2025			ITEM: 01		
PRODUTO: ABOCATH 24G			MARCA: M2LIFE		
FORNECEDOR: CIRURGICA OESTE LTDA					
FABRICANTE: SBRG MEDTECH PVT. LTD - DETENTOR DO REGISTRO: M2LIFE COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
1	ABOCATH 24G – CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 24G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PORTARIA 1748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMPREGO DA NORMA REGULADORA 32 QUE “DISPÕE SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE”. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL DE DESENHO EM V, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE E CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 24GA X 0,75, ESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO.	M2LIFE	SIM	Documentação técnica.	X
				Atende o Descritivo do Edital	X
				Qualidade	X
A avaliação será efetuada pelo responsável técnico ou por pessoa por ela designada. A amostra que obtiver 1 (um) resultado "insatisfatório", será automaticamente reprovada.					
RESULTADO DA AMOSTRA					
APROVADO X	REPROVADO	OBSERVAÇÃO: A empresa cumpriu com todas as especificações do edital.			
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR					
 Gustavo Pimenta Ferreira Farmacêutico/CADIM - CRF: 548512  Gideão Boanex do Prado Gestor Público/CADIM /SMS/VG					

TERMO DE RECEBIMENTO

Ao 1º dia do mês de setembro de 2025, faço o recebimento da Amostra dos itens relacionados abaixo da Empresa **CIRURGICA OESTE LTDA**, participante do Pregão Eletrônico Nº 09/2025 - Pregão Eletrônico que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD.
01	ABOCATH 24G – CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA 24G, COM DISPOSITIVO DESEGURANÇA PORTARIA 1748, DE 30 DE AGOSTO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMPREGO DA NORMA REGULADORA 32 QUE “DISPÕE SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE”. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, RADIOPACO, COM AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL DE DESENHO EM V, CÂMARA DE REFLUXO PLÁSTICO TRANSPARENTE E CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE, CALIBRE Nº 24GA X 0,75, ESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUTO.	M2LIFE	01

Várzea Grande - MT, 03 de setembro de 2025.

Gideão Boanez do Prado
Gestor Público
SMS/VG
Gideão Boanez do Prado