



AVALIAÇÃO TÉCNICA PE 42/2019

FORNECEDOR: HIPERDENTAL COM. E REP. DE PROD. ODONT. E MED. HOSPITALAR EPP

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	AVALIAÇÃO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
11.6.1	Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.	X		
11.6.2	Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante:			
11.6.3	A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal.			
11.6.4	Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.	X		
11.6.5	Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante;			
11.6.5.1	Comprovação dos registros dos produtos ou da dispensa do registro, no Ministério da Saúde/ANVISA, devendo constar a validade (dia/mês/ano) através de;			
11.6.5.2	Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicado no D.O.U., grifando o número relativo a cada produto cotado ou Cópia emitida eletronicamente através	X		





11.6.5.3	do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado ou; Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto Apresentação do Alvará de funcionamento do fornecedor e empresa e demais documentações administrativas necessárias.			
11.6.6	Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária (ANVISA).	x		
11.6.7	Garantia de que o produto fornecido será substituído, sem ônus para o SMS/VG, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	x		

PARECER TÉCNICO FINAL

O **item 101** que faz parte da proposta, **foi aceito** por atender a especificação do Edital.

OBSERVAÇÕES

O **Item 40- Não aceita**, porque o produto não atende a especificação do Edital, pois não se comprovou que o produto ofertado na proposta comercial tenha a espessura determinada no edital.

Os **Itens 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61- Não aceita**, porque os produtos não atendem as especificações do edital, em relação à NBR ISO 7153-1 e eletro polimento (Fabricante).

Responsável Técnico Avaliador:


Andréa Regina do Nascimento Vrech Coelho
CRO- Superintendente Saúde Bucal/SMS-VG

Andréa Regina Vrech Coelho
Superintendente SMS/VG


Várzea Grande, 17 de julho de 2019.



Item : 40- Carbono em fita para oclusão ultrafina - Iodontosul



Carbon paper - Papel Articulação c/ 12 folhas - Bicolor (vermelho e azul)



Papel carbono dupla-face bicolor (azul-vermelho) para articulação, melhor performance e precisão.

Itens: 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61- Grampos para isolamento – Technew



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

Internet Explorer - Não seguro: www.technew.ind.br/categoria/grampos.htm

BEM-VINDO À TECHNEW

TECHnew

HOME CERTIFICADOS NOTÍCIAS PRODUTOS FALE CONOSCO

Produtos

GRAMPOS

Para Biquê de Borracha

- Grampos em aço inoxidável
- Articulação resistente à corrosão
- Mantém boa aparência e formato após uso
- Adequados em vários modelos
- Embalagem com 1 unidade

PCB 20/10
PTEC 18/05/2016