



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

AVALIAÇÃO TÉCNICA P.E. 31/2020

FORNECEDOR: OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 27.130.979/0001-79

DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
25	SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - CONFECCIONADO EM PLASTICO A BASE DE POLIETILENO, TAMANHO G, (0,90 X 2,10)M, DENSIDADE DE 105 G/M2, COM ALCAS LATERAIS E FECHAMENTO CENTRAL COM ZIPER, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	RAVA	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	NÃO
				Qualidade	SIM
30	SERINGA DESCARTAVEL - EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGÊNICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 3ML, COM AGULHA 25X7, BICO LUER - LOCK, C/ ROSCA, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. NECESSÁRIA AMOSTRA	INJEX	SIM	Documentação técnica.	SIM
				Atende o Descritivo do Edital	SIM
				Qualidade	SIM

PARECER TÉCNICO

DAS AMOSTRAS: A Empresa não cumpriu com todas especificações do edital, o Item 25 diverge do descritivo do edital.

ITEM 25 - REPROVADO
ITEM 30 - APROVADO

Responsável Técnico Avaliador: Jackson Alves Lopes Souza
CRF-MT:1401 - Jackson Alves Lopes Souza
Responsável Técnico CADIM

Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho
Superintendente do Cadim

Várzea Grande, 04 de Agosto de 2020

PROTOCOLO Nº
Data: 05/08/20 Hora: 13:59
Resp.: [assinatura]
Setor de Licitação - P. M. V. G.