



Esclarecimentos - Processo 37/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/08/2026 15:55	Boa tarde, Prezado segue em anexo o Pedido de ESCLARECIMENTO 9.3.12 juntamente com as fichas técnicas dos itens 17 e 53.	ESCLARECIMENTO 9.3.12.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/f393cfec955c47879031f5f09e0566f3.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
12/08/2026 13:27	No lote 33 – Indicador Quimico Classe V, o descritivo solicita que o produto atenda a norma ISO 11140 que reproduzimos : “O TESTE DE CALOR SECO É PROJETADO PARA ASSEGURAR QUE OS INDICADORES/ INTEGRADORES PARA VAPOR REQUEIRAM A PRESENÇA DE VAPOR (AGENTE ESTERILIZANTE), A FIM DE RESPONDER.” Porém, os produtos que não exigem interpretação de cor reagem sem a presença de agente esterilizante (Vapor). Ou seja, indicadores químicos por pastilha/pílula só “precisam de tempo e temperatura para reagir. Já os produtos existentes no mercado em que a monitoração é por variação de cor, atendem plenamente o que dita a ISO 11140 por integrar: Temperatura, Tempo e Agente Esterilizante. Sendo assim, perguntamos : - Será aceito produto cuja interpretação seja por mudança de cor e está DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ? Agradecemos o breve retorno.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.