



CI Nº 49 /2023

Várzea Grande, 18 de dezembro de 2023

De: José Silvério da Silva Neto
Coord. Aquisição HPSMVG

Para: Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento impetrada pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico Nº 37/2023.

Prezada,

Considerando o pedido de esclarecimento impetrado pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, referentes ao Pregão eletrônico nº 37/2023, esclarecemos:

Dos questionamentos:

1. Edital cita atendimento emergencial 2h, por gentileza solicitamos a ampliação para 24h.

Resposta: onde se lê 2h, será retificado para 24h.

2. Sobre instalação de tanques criogênicos em dois pontos do edital solicitam 4 unidades. Na minuta do contrato página 99, solicitam 3 unidades tanque. Neste caso, peço favor esclarecer qual a quantidade de tanques que deverão ser instalados.

Resposta: o quantitativo correto é de 4 tanques criogênicos e 3 centrais de ar comprimido medicinal, a serem instalados conforme descrito abaixo:

14.1.1. 04 (quatro) Tanques Criogênico, sendo um 01 (Um) tanque Criogênico para acondicionamento de Oxigênio Líquido, junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e 01 (um) tanque Criogênico para UPA IPASE, 01 (um) tanque Criogênico para UPA CRISTO REI e 01 (um) tanque Criogênico para a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo, inclusos sistemas estruturais de fixação dos tanques para acondicionamento de oxigênio líquido, com capacidades proporcionais aos consumos mensais estimados;

14.1.2. 03 (três) Centrais de Ar Comprimido Medicinal, sendo 01 (uma) central para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, 01 (uma) central para UPA IPASE e 01 (uma) central para UPA CRISTO REI e sistemas de interligação nas redes de distribuição nas especificações e quantidade conforme descritivo, incluso sistemas estruturais de fixação dos equipamentos, bem como cilindros reservas de Ar Comprimido Medicinal a serem utilizados em caso de inoperância dos Compressores.



Tendo em vista atender à demanda da empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, solicito que sejam feitas as devidas correções para que o processo siga seu curso.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



José Silvério da Silva Neto
Coord. Aquisição - HPSMVG



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.



DATA: 18/12/2023 HORA: 17:11

Nº PROCESSO: 934928/23

REQUERENTE: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: ...

TELEFONE: ...

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE SAÚDE - LICITAÇÃO

LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE SAÚDE - LICITAÇÃO

ASSUNTO/MOTIVO:

ENCAMINHO CI Nº 49/2023 REFERENTE A RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO IMPETRADA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2023 SEGUE PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIA.

OBSERVAÇÃO:

.....

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA
DE SAÚDE - PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA
GRANDE

PI Cybele Maria

SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.

41

18/12/23

18:53