

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_(MT) Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande - PE/37/2023 - 18/09/2023

LG BR Licitacao Liquido Centro-Oeste <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com>

Qua, 13/09/2023 09:51

Para:licitavg05@hotmail.com <licitavg05@hotmail.com>;pregaosmsvg@hotmail.com

<pregaosmsvg@hotmail.com>

Cc:Rodiney Barbosa <rodiney.barbosa@linde.com>;Diego Raymundo

<Diego.Raymundo@linde.com>;Silvia Ramos <silvia.ramos@linde.com>;LG BR Licitacao Liquido Centro-

Oeste <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com>;Lunna Farias

<Lunna.Farias@linde.com>;Claudiomar Nascimento <Claudiomar.Nascimento@linde.com>;Gisella Franca

<gisella.franca@linde.com>;Amanda Silva <amanda.silva@linde.com>

📎 1 anexos (2 MB)

Edital.zip;

Prezado (a) Sr. Pregoeiro (a), bom dia!

Gentileza considerar o pedido de esclarecimento solicitado abaixo, para que, no mérito, todas as solicitações aqui evidenciadas sejam atendidas.

Referente ao item 6 – lote 1, peço favor esclarecer:

- Qual é a quantidade de pacientes (usuários) que são atendidos atualmente?
- Tendo em vista que no edital prevê a entrega em domicilio do objeto, qual a relação de endereços de pacientes ativos do órgão?
- A quantidade informada no edital de 350 é quantidade anual de locações (equipamentos/kit)?
- Qual será o tamanho exigido do cilindro backup referente ao item 6 do edital?

5. DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE E VALOR DE REFERÊNCIA

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD TCE	UNID FORN	UNID	QT ANUAL	V. UNITARIO	V. TOTAL
------	-----------	---------	-----------	------	----------	-------------	----------

6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE KIT DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR: COMPOSTO DE SUPORTE PARA CILINDRO, REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA CILINDRO, A SEREM INSTALADOS JUNTAMENTE COM CILINDRO DE OXIGÊNIO NA RESIDÊNCIA OU EM LOCAL INDICADO PELO PROGRAMA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR – EMAD AOS PACIENTES CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT	424269-6	1	UND	350	R\$ 363,5100	R\$ 127.228,5000
---	--	----------	---	-----	-----	--------------	------------------

- No caso em que a marca/modelo do Gás é o mesmo nome da empresa (de Fabricação Própria), deve-se colocar a marca/modelo Comercial (que é o nome da empresa) ou deve-se colocar a nomenclatura MARCA/MODELO PRÓRIA(O) para não haver identificação?

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Amanda Silva

Analista Jr. – Licitações.

Telefone +55 (21) 3279 Ext. 8586

amanda.silva@linde.com

www.whitemartins.com.br



The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus software.

Please find the data protection notices of EU based Linde Group companies on this website:
dataprotection.linde.com