

ESCLARECIMENTO - Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT - Pregão Eletrônico: 15/2024

Pedro Pavão <pedro.pavao@medlevensohn.com.br>

Seg, 22/07/2024 20:09

Para:pregaosmsvg@hotmail.com <pregaosmsvg@hotmail.com>

Cc:Thayna Santos <thayna.santos@medlevensohn.com.br>

📎 1 anexos (90 KB)

Assinatura_Digital_Pedro_Pavao.jpg;

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, interessada em participar do certame em tela, vem respeitosamente à Vossa presença REQUERER que seja esclarecida a dúvida do item a seguir:

ITEM 246

O descritivo do item 1 informa que os Testes Rápidos Covid-19 deverão utilizar amostras swab de nasofaringe/orofaringe.

- Dessa forma, entende-se que **serão aceitos** tanto os testes de Antígeno Covid-19 Ag que **utilizem amostra swab nasofaríngeo**, como **também** serão aceitos **aqueles testes** de Antígeno Covid-19 Ag **que utilizem amostra swab orofaríngeo**.

- Este entendimento está correto?

Atenciosamente,



Pedro Pavão

Licitação

📞 Escritório / Office: (21) 3557-1447

✉️ pedro.pavao@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br



DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: PREGOEIRA A/C Francisca	DATA: 23/07/2024	C.I. Nº 244/2024
---	-------------------------------	------------------	------------------

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento da empresa MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, quanto ao item 246 do PE 15/2024, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:**ITEM 246**

O descritivo do item 1 informa que os Testes Rápidos Covid-19 deverão utilizar amostras swab de nasofaringe/orofaringe.

- Dessa forma, entende-se que serão aceitos tanto os testes de Antígeno Covid-19 Ag que utilizem amostra swab nasofaringeo, como também serão aceitos aqueles testes de Antígeno Covid-19 Ag que utilizem amostra swab orofaringeo.

- Este entendimento está correto?

DO ESCLARECIMENTO:


Primeiramente esclarecemos que o item 246, trata-se de SONDA NASOGASTRICA LONGA.


Quanto aos testes (Item 279), esclarecemos o item a ser ofertado deve atender ao descritivo do edital, ou seja, devem utilizar tanto amostra swab nasofaringe quanto orofaringe, conforme abaixo:

279	TESTE - RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO VÍRUS COVID-19 (CORONAVIRUS) PARA ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO DE AG PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO DO COVID-19 EM AMOSTRA DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE SENSIBILIDADE >93% E ESPECIFICIDADE >99%. SOLICITO AMOSTRA DO PRODUTO.	00056015	1	UND	70.000,0000
-----	--	----------	---	-----	-------------

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gideão Boanez do Prado
Gestor Público CADIM/SMS/VG


Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutico CADIM/SMS/VG



CADIM- CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS

Av da Feb, Nº 2138 – PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE – MT.

FONE: 65-98475-7218