



Esclarecimentos - Processo 05/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/01/2026 14:09	Boa Tarde Prezados!! Solicitamos esclarecimentos referente a este pregão. O edital cita que os valores deverão serem ofertados em até 2 casas decimais apenas, e também descreve que o intervalo mínimo deve ser de 0,01(duas casas decimais), porém aqui o sistema liberou 4 casas decimais e intervalo mínimo de 0,0001(4 casas). O que devemos levar em consideração? Aguardamos vosso retorno!		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
20/01/2026 12:51	Bom dia, foi feito uma errata corrigindo o propenso, publicado no site institucional, jornais e plataforma.	AVISO DE ERRATA (1).pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/2b9dc89c13624b9d93db46fdc1e629bd.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
16/01/2026 13:58	Favor esclarecer: 1) O numero do pregão no edital, consta 05/2026. Já na plataforma, 05/2025. Qual está correto ? 2) Somos fornecedores para esse municipio de Integrador Quimico Classe 4. Nosso produto tem leitura por alteração de cor. Nunca tivemos reclamações ou qualquer outra manifestação contrária à utilização do produto (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024). Neste edital, está sendo licitado, no item 194, Integrador Quimico Classe 5, limitando a participação apenas de produtos com mudança de limite/movimento frontal, o que exclui nosso produto que, assim como o Classe 4 JÁ UTILIZADO NESSA PREFEITURA, tem leitura por alteração de cor. Perguntamos, podemos cotar nosso produto com leitura por alteração de cor, já que o sistema de resultado já é de conhecimento dos usuarios desse produto ? Agradecemos a breve resposta.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
20/01/2026 11:38	Bom dia, Prezados Referente ao item 140 - EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS - PARA INFUSAO VENOSA, USO UNICO, SISTEMA FECHADO, ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, CONSTITUIDO DE PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA, CAMARA MACROGOTAS, TUBO CONECTOR E ADAPTADOR LUER E PINÇA ROLETE ALTA PRECISÃO, COM FILTRO DE PARTÍCULA COM TAMPA PROTETORA CONTENTO MEMBRADA HIDROFOBA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150CM, COM INJETOR LATERAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE. *****PERGUNTAMOS: EM CASO DE SERMOS DECLARADOS VENCEDORES,SE PODEMOS ENTREGAR O ITEM NA EMBALAGEM POLYBAG CONEXÃO LUER SLIP CODG IJ 034 FICHA TÉCNICA (ANEXA). O Equipo de Infusão Gravitacional é indicado para administração de soluções parenterais. Trata-se de um produto destinado aos profissionais da área médico hospitalar devidamente treinados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso. Esterilizados à Óxido de Etileno em embalagens individuais, com validade de 5 anos com a embalagem intacta. Desde já agradecemos, no aguardo.	52.011.000 03 - Especificaç ão Técnica - Equipo IJ034 - Polybag.pdf	https://lanceeletronic.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/c02208d8cc484eafae5122052be649a4.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
20/01/2026 16:10	Em análise ao Termo de Referência do edital em epígrafe, solicitamos esclarecimento técnico referente à descrição do item "Atadura de Crepom". O descritivo atual não especifica a densidade de fios por centímetro quadrado exigida para o produto. Tendo em vista que essa característica técnica é determinante para a identificação do objeto e correta formulação da proposta, questiona-se: Qual a densidade de fios exigida pela Administração para o aceite do material: 11 fios/cm ² ou 13 fios/cm ² ? Desde já, agradecemos!		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.