

C.I. Nº 443/2025/SMS/SUP.CADIM

Várzea Grande, 23 de junho de 2025.

À Senhora
Sabrina Luana Rodrigues Monteiro Cerqueira
Coordenadora de Contratos e Convênios - SMSVG
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento encaminhada a esta superintendência da empresa INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA, quanto aos itens 97, 111, 112, 113 e 115 do pregão 09/2025, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:

Item 97

“Em caso de sermos declarados vencedores, se podemos entregar em pacotes com 50 unidades, em embalagem de poietileno em alta densidade, e posteriormente acondicionada em caixas master com 5.000 unidades, garantindo assepsia e segurança aos usuários.

Ficha técnica em anexo, máscara INJEX 65 grs.”

Item 111

“Em caso de sermos declarados vencedores se podemos entregar a seringa descartável 10 ml Bico Luer Lock acompanhada da agulha em embalagem estéril, garantindo assepsia e segurança aos usuários.

Ficha técnica em anexo.”

Item 112

“Em caso de sermos declarados vencedores se podemos entregar a seringa descartável 10 ml Bico Luer Slip acompanhada da agulha em embalagem estéril, garantindo assepsia e segurança aos usuários.

Ficha técnica em anexo.”

Item 113

“Em caso de sermos declarados vencedores se podemos entregar a seringa descartável 20 ml Bico Luer Slip Lateral, com agulha 25x7 em embalagem estéril, garantindo assepsia e segurança aos usuários.

Ficha técnica em anexo.”

Item 115





SMS/VG

Fls. _____

Rub. _____

“Em caso de sermos declarados vencedores se podemos entregar a seringa descartável 5 ml acompanhada da agulha em embalagem estéril, garantindo assepsia e segurança aos usuários.

Ficha técnica em anexo.”

DO ESCLARECIMENTO:

Item 97

Após consulta a equipe técnica esclarecemos que serão aceitas desde que a apresentação não comprometa a qualidade do produto ofertado.

Item 111

Após consulta a equipe técnica esclarecemos que serão aceitas desde que a apresentação não comprometa a qualidade do produto ofertado.

Item 112

Após consulta a equipe técnica esclarecemos que serão aceitas desde que a apresentação não comprometa a qualidade do produto ofertado.

Item 113

Após consulta a equipe técnica esclarecemos que serão aceitas desde que a apresentação não comprometa a qualidade do produto ofertado.

Item 115

Após consulta a equipe técnica esclarecemos que serão aceitas desde que a apresentação não comprometa a qualidade do produto ofertado.

Quanto as fichas técnicas, esclarecemos que nenhuma análise documental será feito de forma antecipada.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gideão Boanez do Prado
Gestor Público CADIM/SMS/VG


Gustavo Pimenta Ferreira
Farmacêutico CADIM/SMS/VG

www.varzeagrande.mt.gov.br

Av. da FEB – Ponte Nova, nº 2138 – Várzea Grande/MT – Brasil – CEP: 78.115.806



C.I. Nº 448/2025/SMS/SUP.CADIM

Várzea Grande, 24 de junho de 2025.

Ao Senhor
Zaqueu Gonçalves e Silva
Pregoeiro - SMSVG
Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento encaminhada a esta superintendência, quanto aos itens 81, 82, 104 do pregão 09/2025, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:

Item 81

“Solicitamos Esclarecimentos ao item 81 (indicador biológico): Não encontramos no descritivo do item o tempo de incubador biológico, portanto solicitamos esclarecimentos ao tipo de indicador biológico solicitado. Para a utilização correta do produto é necessário a utilização do equipamento incubadora, porém não consta no edital nenhuma informação referente a algum equipamento a ser fornecido em regime de comodato ao item em questão, portanto será necessário o envio de algum equipamento para o item ? se sim, quais quantidades e características ?”

“Favor esclarecer : ITEM 81 : (INDICADOR BIOLOGICO) não localizamos o tempo de leitura desejado para esses indicadores (24f, 3h, 1h.....). Também não localizamos a solicitação de incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores) em comodato. Perguntamos : Qual o tempo de leitura desejado para esses indicadores ? Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? Se sim, qual quantidade ?”

Item 82

“ITEM 82 - Poderá ser cotado PACOTE TESTE BOWIE DICK ? Aguardamos breve retorno.”

Item 104

“Boa tarde, sobre o item 104 qual seria o volume e concentração ?”





SMS/VG
Fls. _____
Rub. _____

DO ESCLARECIMENTO:

Item 81

Tempo de leitura 24h. Não é necessário o fornecimento de incubadoras em comodato.

Item 82

Esclarecemos que o item a ser ofertado deve estar de acordo com a indicação na coluna apresentação.

Item 104

Volume 1.000ml – Concentração 10%

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gideão Boarez do Prado
Gestor Público CADIM/SMS/VG


Gustavo Pimenta Ferreira
Farmacêutico CADIM/SMS/VG

www.varzeagrande.mt.gov.br

Av. da FEB - Ponte Nova, nº 2138 - Várzea Grande/MT - Brasil - CEP: 78.115.806

